

Spray adesivo

Ambito d'uso:

Lo spray adesivo sostituisce il consueto bagno di indurimento dei modelli in massa rivestimento nella tecnica scheletrica.

Modo d'uso:

Agitare bene prima dell'uso. Pulire e asciugare il modello in massa rivestimento in forno di preriscaldamento a 80°C per 40 min. Prima dell'applicazione dello spray adesivo, il modello dev'essere perfettamente asciutto. Posizionare il modello ancora leggermente tiepido su un foglio di carta e spruzzare uno strato uniforme da una distanza di ca. 10-15 cm. Evitare di spruzzare prodotto in eccesso e di formare aree di accumulo dello spray, dato che queste potrebbero causare difetti di adattabilità della protesi.

Qualità:

Lo spray crea uno strato molto sottile dalle buone proprietà adesive sulla superficie del modello, per permettere la realizzazione di un lavoro estremamente preciso. Le parti in cera che vengono applicate restano ben aderenti e non si staccano con le vibrazioni della massa rivestimento in fase di riempimento della muffola. La correzione di parti già fissate è possibile senza alcun problema. Le ritenzioni non si spostano. Il processo di modellazione si snellisce, dato che non è più necessario fissare piccole parti con la cera.

Fattori di rischio:

Evitare di inalare lo spray. Attenzione, infiammabile.

Conservazione:

Il recipiente è sotto pressione. Non esporre ai raggi diretti del sole, pericolo di esplosione.

Smaltimento:

Come rifiuto generico di laboratorio (alluminio).

Produttore:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14